Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064-6081

Urgent Field Safety Notice
Informazione sul Prodotto
(Product Correction)
Richiesta azione immediata

Data Agosto 2013

Prodotto

Phosphorus Reagent
- N. di listino 7D71-22, lotti 64736UN12, 03991UN13 e 51611UN13
- N. di listino 7D71-31; lotti 74805UN12 e 03992UN13

Spiegazione I numeri di lotto del reagente Phosphorus riportano una data di scadenza non corretta.

Impatto sui pazienti Se il reagente Phosphorus viene usato oltre la data di scadenza corretta (indicata di seguito), potrebbe verificarsi un impatto sui risultati dei pazienti.

Azioni
Azioni da intraprendere Aggiornare le scorte esistenti dei numeri di lotto elencati indicando manualmente la data di scadenza **corretta** riportata nella seguente tabella:

Nome del prodotto	Numero di listino	Numero di lotto	Data di scadenza NON CORRETTA	Data di scadenza CORRETTA
Phosphorus Reagent	7D71-22	64736UN12	14 JAN 2014	14 SEP 2013
		03991UN13	01 APR 2014	01 DEC 2013
		51611UN13	13 JUL 2014	13 MAR 2014
	7D71-31	74805UN12	14 JAN 2014	14 SEP 2013
		03992UN13	01 APR 2014	01 DEC 2013

Conservare una copia della presente comunicazione per riferimenti futuri. Qualora uno dei lotti sopra indicati siano stati spediti ad altro laboratorio, si prega di informarlo inviando una copia della presente lettera.

Contatti
Informazioni Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti arrecati. Per qualsiasi domanda relativa alla presente comunicazione, da parte Vostra o dei medici Vostri clienti, si prega di contattare il Servizio Clienti Abbott.

FA12AUG2013

Abbott
A Promise for Life