

30 Gennaio 2014

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE

**Oxoid Legionella pneumophila 2-14 Reagent, Lotto 1265366**

Questo reagente è contenuto nei seguenti prodotti:

**Oxoid Legionella Latex Test (DR0800M). Lotti: 1314413 e 1301907**  
**Oxoid Legionella pneumophila serogroup 2-14 Test Reagent (DR0802M). Lotto 1265362**

I Clienti sono avvisati di quanto segue:

Un'indagine tecnica ha indicato che Legionella pneumophila 2-14 reagent Lotto 1265366 può dare risultati falsi negativi.

L'uso continuativo di questo lotto potrebbe risultare in un ritardo nella corretta tipizzazione sierologica degli isolati di Salmonella.

I Clienti dovrebbero riconsiderare i risultati ottenuti utilizzando questo lotto e valutare il riesame e/o richiedere un parere a personale esperto.

In accordo con le nostre Politiche di Qualità, vi chiediamo di eliminare il materiale rimanente del lotto sopra indicato e contattare il Servizio Clienti o il Distributore di zona che provvederanno a fornirvi il prodotto in sostituzione.

Quest'avviso dovrebbe essere condiviso con tutti coloro che necessitano di esserne al corrente all'interno della vostra organizzazione.

Se doveste incorrere in problematiche concernenti questa notifica o se doveste aver bisogno di ulteriori informazioni, vi chiediamo cortesemente di contattare il nostro dipartimento di Supporto Tecnico allo 02/95059350.

Si prega di confermare la ricezione di questo avviso di sicurezza (FSN) e la distruzione di questo lotto al nostro Servizio Clienti.

Cordialmente,



**Colin Booth**  
**Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products**

**remel**