



## Avviso di sicurezza - Recall

### Avviso di sicurezza urgente Recall su prodotto dovuto a perdita di colore

- **Setpack® Toptex® lite pezza laparatomica verde**  
**cm 40 x cm 40**  
**Art 15000, LOT 43738000**

Egregi Signori,

In data odierna abbiamo ricevuto comunicazione dal fabbricante in merito ad un recall precauzionale sul Setpack® Toptex lite pezze laparatomiche verdi per il lotto indicato.

Nell' utilizzo delle pezze laparatomiche, è possibile una lieve perdita di colore. Durante i controlli L&R di verifica delle pezze laparatomiche Toptex Lite, si è verificato un aumento di perdita di colore.

In seguito a questo abbiamo deciso un recall precauzionale per la salvaguardia della sicurezza dei pazienti.

Vi chiediamo cortesemente di restituirci il prodotto relativo al suddetto lotto, per il quale a breve riceverete una nota di accredito, unitamente al form allegato e debitamente compilato.

Vi preghiamo cortesemente di accertarVi che, all'interno della Vostra struttura, tutti gli utilizzatori del suddetto prodotto e le persone interessate siano informati di questo **Avviso di Sicurezza Urgente** e di provvedere alla restituzione, per conferma di presa visione, dell'allegato.

Se avete consegnato il prodotto a terzi, vogliate cortesemente provvedere all'inoltro agli stessi di una copia della presente.

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione e ci scusiamo per il disagio procurato.

Cordiali saluti.

Lohmann & Rauscher s.r.l.  
L'Amministratore Delegato  
Responsabile della Vigilanza

Dott. Giusto Dalla Favera

Allegato: Avviso di Sicurezza Urgente, Recall su prodotto dovuto a perdita di colore

Lohmann & Rauscher s.r.l.  
Società Unipersonale  
soggetta a direzione e  
coordinamento di  
Lohmann & Rauscher  
GmbH & Co. KG  
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.  
N° Iscriz. Registro Imprese  
Tribunale di Pd 00207810284

Via Enrico Fermi 4  
35030 Sarreola di Rubano (Pd)

Tel.: 049 89 76 244  
Fax: 049 89 77 396

info@it.LRmed.com  
www.lohmann-rauscher.it



**Avviso di sicurezza urgente**

**Recall su prodotto dovuto a perdita di colore:**

(Restituire a mezzo Fax allo 049 – 897 73 96)

**Mittente:** Lohmann & Rauscher s.r.l.  
Via E. Fermi, 4  
35030 Sarameola di Rubano (Padova)

**Descrizione:** Recall del seguente prodotto dovuto a perdita di colore

- **Setpack® Toptex® lite pezza laparatomica verde**  
**cm 40 x cm 40**  
**Art 15000, LOT 43738000**

**Provvedimenti:**

Vi chiediamo di non utilizzare il prodotto su menzionato e di accantonarlo per il reso!

Per la procedura di reso, Vi preghiamo di contattare:

**Sig.ra Emanuela Gapeni** Tel. 049 – 897 6244 Fax: 049 – 897 73 96

**Sig. Massimo Verrocchi** Tel. 049 – 897 6244 Fax: 049 – 897 73 96

Vogliate cortesemente informare di questo Avviso di Sicurezza tutti gli utilizzatori del prodotto in questione e confermarci che lo stesso non verrà più utilizzato e che tutto il quantitativo ci è stato reso.

Il sottoscritto conferma (per favore sbarrare):

- che non abbiamo nelle nostre scorte il suddetto prodotto,
- che non ha dato lo stesso prodotto a terzi,
- che, qualora lo avesse dato, gli stessi sono stati informati in merito al recall
- che restituirà il quantitativo di prodotto che gli è stato consegnato ed ancora in suo possesso o in possesso di terzi, alla Lohmann & Rauscher s.r.l.

Per cortesia compilare la seguente tabella indicando i prodotti resi e le relative quantità

Prodotto (art.)	Lotto (LOT)	Quantitativo di prodotto restituito
REF 15000	43738000	

Data / Firma: \_\_\_\_\_

Nome in stampatello: \_\_\_\_\_

Ruolo: \_\_\_\_\_

Reparto / Struttura: \_\_\_\_\_

Telefono e Email: \_\_\_\_\_