

## **BERTONI NELLO SRL**

---

Via S. Onofrio, 27 - 41043 Formigine (MO) Italia -  
Tel. 059 570104 Fax. 059 571258  
e-mail: [bertoninellosrl@libero.it](mailto:bertoninellosrl@libero.it) – [www.bertoninello.com](http://www.bertoninello.com)  
Partita IVA 02862570369



---

**FILIALE:** Via Santa Zona Industriale – 83020 Sperone (AV) Italia -  
Tel. 081 8259569 Fax. 081 5103151  
e-mail: [info@bertoninello.com](mailto:info@bertoninello.com)

**Oggetto:** Avviso di Sicurezza n°01/2015 – Regolatore di Flusso –  
**REF: 40.002B – LOTTO: 16514**  
**Data: 15/06/2015**

Il presente Avviso di Sicurezza fa riferimento al prodotto Bertoni Nello Srl codice 40.002B, Lotto: 16514, Scadenza 30/10/2019.

### **DESCRIZIONE DEL PROBLEMA**

Il Dispositivo Medico sopraccitato, è stato riscontrato come non conforme in quanto è stato rilevato un corpo estraneo al suo interno. Per cui l'utilizzo dello stesso in relazione alla destinazione d'uso del prodotto potrebbe comportare rischi per il paziente soggetto ad un trattamento di infusione.

### **AZIONI DA INTRAPRENDERE:**

Assicurarsi di ritirare da tutti i Vs reparti il prodotto in questione e di segregarlo al fine di poter evitare ulteriori problemi nell'utilizzo. La ditta Bertoni Nello S.r.l. provvederà al ritiro dei dispositivi in giacenza presso la Vs Sede quanto prima.

### **PERSONA DI CONTATTO:**

BERTONI NELLO SRL  
Giuliana Rinati  
Assicurazione Qualità  
Via Sant'Onofrio 27  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059 570104 – Fax. 059 571258  
Mail : [bertoninellosrl@libero.it](mailto:bertoninellosrl@libero.it)



---