Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem-Belgium
tel: +32 53 720 211
fax: +32 53 720 200
www.bd.com

Helping all people
live healthy lives

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE

Luglio 7, 2015

Descrizione	Codice	Lotto	Data di scadenza
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5064921	*May 13, 2015*
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5076659	*May 21, 2015*
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5105955	*June 23, 2015*
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5130907	July 14, 2015
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5147941	August 4, 2015
BD BBL™ Enterococcus Screen Agar QUAD Plate	222201	5064938	*May 14, 2015*

Gent.ma Dr.ssa; Egr. Dr.,

BD ha confermato che i lotti sopracitati di prodotti scaduti (evidenziati per Vostro riferimento) potrebbero aver mostrato crescita di Enterococcus faecalis ATCC 29212 sensibile a Vancomicina verso la fine della shelf life del prodotto. Inoltre anche i prodotti vicino alla data di scadenza dei lotti ancora non scaduti citati sopra potrebbero mostrare crescita di Enterococcus faecalis ATCC 29212 sensibile a Vancomicina verso la fine della shelf life del prodotto.

Come riportato nelle istruzioni per l'uso del Vancomycin screen agar è raccomandato che studi di sinergia siano condotti con qualsiasi isolato di enterococchi che crescono prima di iniziare o escludendo terapia combinata con vancomicina.

Enterococcus faecalis ATCC 29212 è un organismo di controllo raccomandato nelle istruzioni d'uso delle piastre Enterococcus Screen Agar QUAD per la verifica delle performance del prodotto prima dell'uso.

I nostri archivi hanno evidenziato che potreste aver ricevuto il prodotto con i numeri di lotto coinvolti. Vi preghiamo di non utilizzare tali numeri di lotto e di procedere con l'eliminazione di eventuali confezioni rimaste.

Vi preghiamo di compilare e di rispedire il form allegato nel caso in cui abbiate o non abbiate una rimanenza a magazzino, in modo che possiamo avere conferma della ricezione di questa comunicazione.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo di far riferimento al Rappresentante di zona BD.

Ci scusiamo per ogni inconveniente possiamo aver creato al Vostro laboratorio. BD si impegna a fornire prodotti con una qualità ad alto livello.

Vi ringraziamo del Vostro continuo supporto

Ann VANLANDSCHOOT, Ph.D.
RA Manager Post-Market
BD Biosciences & BD Diagnostic Systems

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem-Belgium
tel: +32 53 720 211
fax: +32 53 720 200
www.bd.com

Helping all people live healthy lives

Fax to: Roberto Pozzi – Fax : 02 48202668 Mail: roberto_pozzi@europe.bd.com

VI PREGHIAMO DI RIMANDARCI IL FORM COMPILATO PER ATTESTARE LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Ente: _____

Pregasi inserire nome completo e non sigle

Indirizzo: _____

Città:_____**Stato**: _____ **CAP**: _____

Persona di riferimento: _____

Tel.: _____**Fax**: _____

Numero totale di unità coinvolte delle scadenze sottoriportate:

Descrizione	Codice	Lotto	Data di scadenza
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5064921	*May 13, 2015*
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5076659	*May 21, 2015*
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5105955	*June 23, 2015*
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5130907	July 14, 2015
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5147941	August 4, 2015
BD BBL™ Enterococcus Screen Agar QUAD Plate	222201	5064938	*May 14, 2015*