

**Becton Dickinson France S.A.S.**

Share capital: €62 823 000
11, rue Aristides Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
France
T.V.A. FR70 056501711
RCS Grenoble B 056 501 711
Siret 056 501 711 00115

Belgian Branch/Bijkantoor

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem
Belgium
t: +32 53 720 211
f: +32 53 720 200
Citibank Brussel 570-1228155-96
B.T.W. BE 0449.587.278 T.V.A
RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

bd.com

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE

26 Settembre 2016

Anticorpo anti-CD79b coniugato con PE**Numero di Catalogo: 335833****Lotto Num. 5218762 (data di scadenza 31-07-2017)****Lotto Num. 5348579 (data di scadenza 31-07-2017)**

Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore

La presente lettera ha lo scopo di informarla che Becton, Dickinson and Company (BD) ha rilevato che il reagente CD79b PE dei lotti sopraindicati presenta una contaminazione da un coniugato FITC di una specificità non definita. Questo potrebbe potenzialmente aver prodotto un pattern di staining inatteso

I nostri database commerciali indicano che Lei ha ricevuto uno dei lotti del prodotto affetti da contaminazione.

La preghiamo pertanto di verificare il suo reagentario e di scartare tutti i boccetti del reagente CD79b PE, numero di catalogo 335833 dei lotti numeri 5218762 e 5348579, e di richiedere la sostituzione del prodotto.

Le chiediamo di segnalare a BD ogni potenziale rischio per la salute conseguente all'uso di questi reattivi e di voler cortesemente compilare e inviarci il modulo allegato, anche quando non siano più presenti nel Suo laboratorio confezioni di questo reagente, in modo che BD possa avere conferma che abbiate ricevuto questa comunicazione e per poter processare l'eventuale reintegro.

Il nostro obiettivo è quello di fornire i migliori reagenti per ricerca e l'assistenza tecnica necessaria per assicurare il raggiungimento di risultati sperimentali riproducibili ed affidabili. Con questa impostazione, BD è costantemente impegnata ad assicurare i massimi requisiti di prestazione per tutti i prodotti inseriti nel proprio catalogo.

Siamo molto spiacenti per qualsivoglia inconveniente possa essere stato generato al Suo lavoro.

La preghiamo di contattare il Supporto Scientifico Europeo (Tel (39) 02 36003685) per qualunque domanda specifica relativa al prodotto in oggetto o di contattare gli uffici locali per richiedere la sostituzione o una nota di credito per il suo Ente.

BD è impegnata a far progredire il mondo della salute. I nostri obiettivi primari sono la sicurezza del paziente e dell'utilizzatore e di fornirvi con prodotti di elevata qualità. Vi ringraziamo per la vostra attenzione a questi importanti argomenti e apprezziamo la vostra collaborazione.

Con i nostri più cordiali saluti,

Ann Vanlandschoot, Ph.D.
RA Manager Post-market
BDB & BD DS Europe/EMA

**Becton Dickinson France S.A.S.**

Share capital: €62 823 000
11, rue Aristides Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
France
T.V.A. FR70 056501711
RCS Grenoble B 056 501 711
Siret 056 501 711 00115

Belgian Branch/Bijkantoor

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem
Belgium
t: +32 53 720 211
f: +32 53 720 200
Citibank Brussel 570-1228155-96
B.T.W. BE 0449.587.278 T.V.A
RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

bd.com

Si prega di riempire e restituire a BD

Si restituisca il FAX al numero 02- 48202668

O via mail all'indirizzo roberto.pozzi@bd.com

Modulo di verifica/Controllo sull'efficacia

- Non abbiamo alcuno dei seguenti codici.
 Abbiamo scartato i seguenti prodotti e richiedo la sostituzione gratuita:

Anticorpo anti-CD79b PE

Numero di Catalogo: 332786

Lotto Num. 5218762 - Quantità: _____

Lotto Num. 5348579 - Quantità: _____

- Ho letto e compreso l'informazione allegata.

Nome

Titolo

Firma/Data

NOME DELL'AZIENDA: _____

INDIRIZZO: _____

CITTA': _____ STATO: _____ CODICE POSTALE: _____

NUMERO DI TELEFONO: _____