



Avviso di Sicurezza Urgente

EVIDENCE INVESTIGATOR – EV3602 – TUTTI I NUMERI DI SERIE - UPGRADE DEL SOFTWARE VERSIONE 2.0.0

Riferimento Reclamo:

Tipo di azione: Modifica (Upgrade del Software alla versione 2.0.0)

Data: 2 Agosto 2016

Gentile Cliente

Attualmente stiamo avviando un aggiornamento del software per l'analizzatore Evidence Investigator.

Dettaglio sui dispositivi interessati: Evidence Investigator

Descrizione del problema: Fare riferimento all'allegato Note Evidence Investigator software versione 2.0.0 Luglio 2016

Rischio per la Salute: Il contenuto di questa lettera dovrebbe essere discusso con il direttore medico.

Provvedimenti da prendere: Note sulla revision del software che accompagnano questo Avviso di Sicurezza Urgente. Contattare il Vostro fornitore di Supporto Radox per qualsiasi domanda abbiate. Si prega di leggere attentamente e seguire le istruzioni per l'installazione come indicato a pagina 7-13.

Se non sapete chi é il fornitore di Supporto Tecnico contattate: technical.services@radox.com

Completare e restituire la sezione risposta vigilanza di questo modulo a technical.services@radox.com entro cinque giorni lavorativi.



Avviso di Sicurezza Urgente

EVIDENCE INVESTIGATOR – EV3602 – TUTTI I NUMERI DI SERIE - UPGRADE DEL SOFTWARE VERSIONE 2.0.0

Transmissione dell' Avviso di Sicurezza: Invia una copia del FSN per tutti i clienti interessati e per coloro che hanno bisogno di essere a conoscenza all'interno della propria organizzazione.

Contatto di Riferimento:

Radox Technical Services
Radox Laboratories Ltd,
55 Diamond Road,
Crumlin,
United Kingdom,
BT29 4QY
Email: technical.services@radox.com
Tel: +44 (0) 28 9445 1070
Fax: +44 (0) 28 9445 2912

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. Grazie per la vostra pazienza e comprensione. Se avete domande o dubbi si prega di contattare Radox Technical Services.

Il sottoscritto conferma che questo avviso è stato notificato alla Autorità Competente

Avviso di Sicurezza Urgente

EVIDENCE INVESTIGATOR – EV3602 – TUTTI I NUMERI DI SERIE - UPGRADE DEL SOFTWARE VERSIONE 2.0.0

Modulo di Risposta Vigilanza (Il piano di risposta deve essere compilata dall'importatore del dispositivo)

Dettagli Importatore

Nome Compagnia	
Indirizzo	

Quantità totale Kit

Ricevuta da Radox	
Quantità totale di Kit Distribuita	

Area di Distribuzione

(Da essere completata dai Distributori e dagli Uffici Radox)

Destinatario	Paese	Quantità Kit Ricevuti	Sostituzione kit richiesta

Ho letto e capito completamente l' Avviso di sicurezza Urgente e le istruzioni fornite.

Completato Da		Data	
---------------	--	------	--



Avviso di Sicurezza Urgente

Contatto	Tel		Email	
----------	-----	--	-------	--