



Spett.le

Padova,

OGGETTO: Richiamo volontario lotto n. **1530** Dispositivo medico **KITO-BRUSH** codice **0640**

Spett.le Azienda,

Con la presente vi informiamo che, in seguito ad una segnalazione di possibile non Conformità del dispositivo medico (rottura dello spazzolino durante la manipolazione) indicato in oggetto, **si rende necessario, a titolo precauzionale, ritirare il lotto.**

Si prega di controllare le Vostre giacenze di magazzino, nel caso di rivenditori gli utilizzatori finali e di comunicare tempestivamente alla KALTEK S.r.l., tramite modulo allegato, il quantitativo ancora presente di tale lotto in modo da provvedere al ritiro e alla sostituzione con nuovo lotto di prodotto.

Si prega di comunicare comunque per scritto via e-mail o fax l'eventuale esaurimento del lotto.

Ringraziandovi per la collaborazione e scusandoci anticipatamente per l'eventuale disagio, restiamo in attesa di ricevere un vostro riscontro nel più breve tempo possibile.


kaltek srl
Il legale rappresentante
Cortelazzo Dr. Lorenzo

