URGENTE
AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA SUL CAMPO

Oggetto: Immissione non corretta dei valori di altezza e peso

Prodotto: MOSAIQ

Ambito: Clienti che utilizzano MOSAIQ versione 2.0 e successive

Rilascio dell'avviso: Settembre 2019

Descrizione del problema:
È possibile che l'utente inserisca inavvertitamente i valori metrici nei campi Altezza e Peso contrassegnati con le unità US Standard.

Dettagli:
Se mancano informazioni quando si inserisce una prescrizione del farmaco o si verifica lo stato della prescrizione del farmaco, sarà visualizzata la finestra di immissione Dati vitali/lab. Per impostazione predefinita, la finestra visualizzerà sempre le unità US Standard la prima volta che viene aperta per ciascun utente. Le unità per il campo Altezza saranno i pollici (in) e quelle per il campo Peso saranno le libbre (lb).

Per passare alle unità del sistema metrico, l'utente deve fare clic sul pulsante di opzione Unità metriche. Una volta selezionata questa opzione, le unità per il campo Altezza diventeranno i centimetri (cm) e le unità per il campo Peso diventeranno i chilogrammi (kg).

I clienti che utilizzano le unità metriche in tutte le altre parti del software potrebbero non notare l'impostazione predefinita del pulsante di opzione e le unità visualizzate nella finestra di immissione Dati vitali/lab. Saranno immessi i valori metrici per Altezza e Peso laddove sono invece previsti i valori standard USA.

Impatto clinico:
Se le unità vengono lasciate impostate in modo predefinito sulle unità US Standard, ma vengono immesse le misure metriche, la BSA risultante sarà molto più grande del previsto. Se tale situazione non viene rilevata, un paziente potrebbe ricevere una dose del farmaco basata su BSA maggiore del necessario.

Intervento dell'utente consigliato:
Assicurarsi che la finestra di immissione Dati vitali/lab visualizzi sempre in modo predefinito le unità US Standard la prima volta che si apre per ciascun utente. Fare clic sul pulsante di opzione Unità metriche se i valori di Altezza e Peso devono essere immessi in centimetri (cm) e chilogrammi (kg). La preferenza per le unità di misura viene salvata in base all'utente per tutte le successive aperture della finestra.

100 Mathilda Place, Fifth Floor
Sunnyvale, California 94086
Tel.: 408 830 8000 Numero verde: 855 693 5358
Fax: 408 830 8003
Copyright © 2019 | Elekta Tutti i diritti riservati

Informazioni riservate e dati personali di base

URGENTE
AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA SUL CAMPO

Il presente documento contiene informazioni importanti per continuare a utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto.

- Esporre questo avviso in un luogo accessibile a tutti gli utenti, ad esempio nelle Istruzioni per l'uso, finché questa azione non viene chiusa.
- Informare del contenuto della presente lettera il personale che lavora con questo prodotto.

Azioni correttive di Elekta:
Il problema sarà risolto in una versione futura di MOSAIQ. Quando la soluzione sarà disponibile, si verrà informati con un bollettino del prodotto.

Il presente avviso è stato inoltrato alle autorità normative competenti.

Ci scusiamo per gli inconvenienti che questa azione potrebbe causare e la ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

100 Mathilda Place, Fifth Floor
Sunnyvale, California 94086
Tel.: 408 830 8000 Numero verde: 855 693 5358
Fax: 408 830 8003
Copyright © 2019 | Elekta Tutti i diritti riservati

Informazioni riservate e dati personali di base

URGENTE
AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA SUL CAMPO

Modulo di accettazione

Al fine di soddisfare i requisiti normativi, è necessario completare il presente modulo e restituirlo a Elekta subito dopo la ricezione, ma non oltre 30 giorni.

Classificazione:	Avviso importante per la sicurezza sul campo	Numero riferimento FCO:	371-01-MSQ-016
Descrizione:	Immissione non corretta dei valori di altezza e peso		

Ospedale:	
N. di serie dispositivi: (se applicabile)	Sito o ubicazione:

Confermo di aver letto e compreso il presente Avviso e accetto di implementare tutte le raccomandazioni in esso contenute.

Nome: Mansione:

Firma del cliente: Data:

Conferma della nuova installazione da firmare da parte del tecnico Elekta o del responsabile dell'installazione quando il prodotto installato è dotato di manuale/istruzioni per l'uso fisiche:

Confermo che il cliente è stato informato del contenuto del presente avviso e che questo è stato inserito nella copia del Manuale dell'utente pertinente o aggiunto al registro insieme al relativo Manuale dell'utente:

Nome: Mansione:

Firma: Data:

100 Mathilda Place, Fifth Floor
Sunnyvale, California 94086
Tel.: 408 830 8000 Numero verde: 855 693 5358
Fax: 408 830 8003

Copyright © 2019 | Elekta Tutti i diritti riservati

Informazioni riservate e dati personali di base