

ALLARME CONSUMATORI

Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema
GRAS RAPEX

IDENTIFICAZIONE	
Type:	Numero di notifica: Direttiva: In applicazione dell'articolo 12 della Direttiva 2001/95/CE
INFORMAZIONI GENERALI	
Paese notificante	ITALIA
Data di compilazione	15/10/2014
PRODOTTO	
Categoria	Aghi per piercing e tatuaggi
Codice doganale	3926909790
Denominazione Prodotto	Grip + Ago monouso per tatuaggio
Marca	Professional Body Supply
Prezzo	
Paese d'origine	CINA
Tipo/numero di modello/codice a barre/codice della partita	Lot 0614 Ref 1007RL, 2017/06
Descrizione del prodotto e del suo confezionamento	Grip con Ago per tatuaggi dichiarati come sterili monouso in busta medica accoppiato carta-plastica , sulla confezione dell'imballaggio riportati il lotto il sistema di sterilizzazione E.O.gas , la data di scadenza e la marca
Fotografie del prodotto(Max 2MB).	Allegate
Norme o regolamenti applicabili.	Linee guida del ministero della sanita' per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare 05.02.1998 n.2.9/156)
Prova di conformità.	
COSTRUTTORE	
Nome, indirizzo e dati di contatto del produttore o del suo rappresentante	Non disponibile
Nome, indirizzo e dati dell'esportatore	LIMEX CO NO. 18 BLK 13, City Garden 233 Electric RD. North Point Hong Kong

Nome, indirizzo e dati dell'Importatore

Professional Body Supply s.r.l via Arteno 11 66020 San Giovanni Teatino (CH)

GROSSISTA E RIVENDITORE

Nome e indirizzo e dati di contatto dei distributori o dei loro rappresentanti

Professional Body Supply s.r.l via Arteno 11 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Nome e indirizzo e dati di contatto dei fornitori

Paesi di destinazione

Italia, non ammesso

PERICOLO

Natura del pericolo/rischio.

Infezione, rischio per la salute.

Sintesi dei risultati delle prove/analisi e conclusioni

Verifica di sterilità non superata .NON STERILE. Rapporto di Prova 14/000335492, emesso il 3 ottobre 2014 da Laboratorio CHELAB SILLIKER

Descrizione degli incidenti verificatisi

Non noti

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Misure volontarie

Misure obbligatorie

Non ammissione sul territorio nazionale, con provvedimento del 8 ottobre 2014 effettuato da USMAF di NAPOLI, Ministero della Salute. Quantità non ammessa 130 cartoni pari a 1560 kg

Data di entrata in vigore

8 ottobre 2014

Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni aggiuntive

Certificato di sterilità prodotto da Laboratorio cinese:SUZHOU WUXIAN Sterilization Station Qingtai Village Huangqiao Town, WUXIAN City, Jiangsu province
Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. IV dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@sanita.it)

Le informazioni sono di carattere confidenziale NO

Giustificazione della richiesta

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE

Copia dei verbali delle prove, degli attestati, degli esami, ecc allegati