



**Urgente avviso di Sicurezza FSN-01-2021**

**DISPOSITIVI MEDICI A MARCHIO CGM spa divisione medica META**

Tipo di azione: Arresto utilizzo prodotto

Alla cortese attenzione di: Distributori e personale Clinico

Questa lettera contiene informazioni importanti che richiedono la vostra **IMMEDIATA** attenzione

Gentile Cliente,

CGM spa divisione medica META sta conducendo una Azione Correttiva di SICUREZZA sul campo per arrestare con effetto immediato l'utilizzo dei dispositivi a marchio CGM spa divisione medica META, con codici e lotti allegati alla presente comunicazione.

**DESCRIZIONE DEL PROBLEMA:**

CGM spa divisione medica META è stata informata dalla società STERILMILANO, uno dei suoi fornitori del servizio di sterilizzazione, di un potenziale rischio legato alla non corretta sterilizzazione di alcuni lotti in quanto, per stessa ammissione del fornitore, sono stati dolosamente falsificati da loro stessi alcuni dati dei certificati di sterilizzazione.

Purtroppo le modalità ed i termini entro i quali il fornitore ha esso stesso denunciato l'illecito ci hanno impedito di intercettare ed indentificare eventuali problemi di sterilità prima della immissione in commercio.

A seguito di una indagine interna condotta sulla base delle informazioni acquisite poco alla volta dal fornitore nel corso di queste ultime settimane, CGM spa divisione medica META ha stabilito che non può essere garantita la sterilità dei prodotti.

PERTANTO VI CHIEDIAMO DI NON UTILIZZARE I LOTTI DEI DISPOSITIVI MEDICI PRESENTI SUL MERCATO ED ELENCATI NELL'ALLEGATO 1, TENENDO BLOCCATA LA VENDITA E/O L'UTILIZZO IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI.

**IMPATTO CLINICO:**

l'uso dei dispositivi non sterili in ambiente clinico potrebbe portare ad un aumento del rischio di infezione che può causare gravi danni.

CGM spa divisione medica META non ha identificato fino ad oggi nessuna segnalazione di eventi avversi o gravi danni ai pazienti che potrebbero essere associati a questa azione correttiva di sicurezza sul campo. Se il prodotto è già stato utilizzato, non sono necessarie attività specifiche di follow-up del paziente.

**CONSIGLI PER GLI UTILIZZATORI CLINICI:**

- 1) Cessare l'uso di tutti i dispositivi in vostro possesso che presentano il numero di lotto presente nell'Allegato 1
- 2) Utilizzare prodotti eventualmente disponibili a vostro magazzino non presenti nella lista dei codici e lotti allegata.



**PROSSIME ATTIVITA' DEL CLIENTE/DISTRIBUTORE:**

- 1) Far circolare questo avviso di sicurezza a tutti coloro che nella vostra organizzazione devono essere informati;
- 2) Se il prodotto è stato distribuito, identificare tali strutture e inoltrare immediatamente questa notifica;
- 3) Mettere in quarantena tutte le unità di lotti impattati e completare il modulo di risposta per il cliente che trovate a pagina 3 e restituirlo a [r.chendi@metahosp.com](mailto:r.chendi@metahosp.com) o [Caterina.Davolio@Metahosp.com](mailto:Caterina.Davolio@Metahosp.com) il prima possibile e non oltre il 30/04/2021

**AZIONE CORRETTIVA DI CGM spa divisione medica META:**

CGM spa divisione medica META sta lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare quali lotti siano realmente non sterili e quali possono invece essere utilizzati in quanto sterili.

Una volta terminata l'investigazione, in caso sia dimostrata la sterilità, CGM spa divisione medica META provvederà a comunicarne tempestivamente la possibilità di utilizzo.

Fino a tale momento tutti i lotti riportati in allegato non potranno essere utilizzati/distribuiti.

**PERSONA DI RIFERIMENTO:**

In caso di domande relative a questa lettera, si prega di contattare:

[r.chendi@metahosp.com](mailto:r.chendi@metahosp.com) o [Caterina.Davolio@Metahosp.com](mailto:Caterina.Davolio@Metahosp.com)

Confermiamo inoltre che l'ente notificato e gli enti regolatori competenti sono stati informati in merito a queste azioni.

Ci teniamo ad informare che CGM spa divisione medica META ha come obiettivo la sicurezza e la salute di tutti gli utilizzatori di propri dispositivi medici.

Ci scusiamo per tutti gli inconvenienti che questa situazione può causare ma trattandosi di falsificazioni dolose effettuate da parte di terzi, estranei alla sfera di controllo di CGM spa divisione medica META, non è stato possibile prevenire tale problematica.

Vi ringraziamo in anticipo per tutto il supporto che ci fornirete per risolvere questa problematica nel modo più rapido ed efficace possibile.

Reggio Emilia, 14/04/2021

Cordiali Saluti

Corrado Parmigiani

CEO CGM spa divisione medica META



### MODULO DI RISPOSTA DEL CLIENTE

Leggere l'avviso di sicurezza **FSN-01-2021** e restituire il modulo compilato e firmato il prima possibile e non oltre il 30/04/2021 a CGM spa divisione medica META ai seguenti indirizzi:

[r.chendi@metahosp.com](mailto:r.chendi@metahosp.com)

[Caterina.Davolio@Metahosp.com](mailto:Caterina.Davolio@Metahosp.com)

- CONFERMO CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' STATA LETTA, COMPRESA E CHE TUTTE LE AZIONI RACCOMANDATE SONO STATE ATTUATE COME RICHIESTO.**

Inoltre, vi chiediamo di spuntare la seguente casella appropriata:

- Non abbiamo in nostro possesso nessuno dei dispositivi elencati nell'Allegato 1
- Abbiamo in nostro possesso le unità dei dispositivi medici elencati nell'Allegato 1 e Confermiamo che le seguenti unità come indicato di seguito sono state messe in quarantena e NON saranno utilizzate:

CODICE	NUMERO DI LOTTO	QUANTITA' MESSA IN QUARANTENA

Nome della struttura:	
Dipartimento (se applicabile):	
Indirizzo:	
CAP:	
Nome Contatto:	
Ruolo professionale in azienda:	
Indirizzo email del contatto:	
Numero di telefono contatto:	
Firma e Timbro:	Data:



**Urgente avviso di Sicurezza FSN-01-2021**  
**Urgent Field Safety Notice FSN-01-2021**

**ALLEGATO 1 / ANNEX 1 rev 0 – April 2021**

**ELENCO LOTTI DISPOSITIVI MEDICI COINVOLTI – BATCH LIST OF MEDICAL DEVICES INVOLVED**

CODICE /REF	CLASSE/CLASS	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	LOTTO/LOT
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	2-01421
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	2-01521
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	25-33120
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	25-33220
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	23-26520
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	23-26620
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	23-26720
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	23-26820
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	21-26620
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	17-17920
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	1-00720
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	18-24219
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	17-21419
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	17-24219
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	17-24119
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	10-10519
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	10-10619
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	10-10719
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	10-10819
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	7-06519
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	7-06619
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	1-31218
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	1-34618
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	26-31118
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	26-31218
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	25-31118
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	24-29218
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	23-27018
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	22-25018
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	20-24918
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	20-25018
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	17-19818
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	16-17118
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	15-17018
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	15-17118
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	14-15018
3987	Ila	SAFESCRAPER TWIST CURVE (Bone Scraper)	13-12818

CODICE /REF	CLASSE/CLASS	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	LOTTO/LOT
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	25-32420
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	21-26720
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	10-10619



3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	10-10719
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	26-33118
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	17-19818
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	16-19218
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	14-15618
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	13-14118
3598	Ila	SAFESCRAPER TWIST (Bone Scraper)	12-12318

CODICE /REF	CLASSE/CLASS	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	LOTTO/LOT
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	2-01121
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	2-01221
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	2-01321
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	25-32420
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	23-29520
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	23-29020
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	23-28920
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	21-26520
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	17-19120
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	11-10820
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	11-10720
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	1-00820
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	1-34119
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	18-24819
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	17-24819
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	10-10619
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	10-10719
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	7-07219
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	1-34718
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	26-31518
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	25-31318
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	25-31418
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	24-29018
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	24-29118
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	22-24818
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	22-24918
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	21-24818
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	17-19818
4049	Ila	MICROSS (Bone Scraper)	13-12818

CODICE /REF	CLASSE/CLASS	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	LOTTO/LOT
4890	Ila	SMARTSCRAPER (Bone Scraper)	1-35319

CODICE /REF	CLASSE/CLASS	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	LOTTO/LOT
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	2-32120
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	25-32120
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	17-21019
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	10-10919
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	7-06019



4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	26-32418
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	23-25018
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	22-25018
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	20-25018
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	19-19318
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	16-19318
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	14-14218
4235	Ila	SET ASPIRAZIONE UTERINA PLUS 2 MT (Set for Uterine Suction plus 2 m)	13-14218

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
3660	Ila	TUBO 2 M PER ASPIRAZIONE UTERINA (tube 2 m for Uterine Suction)	10-11419

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
891	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 7 mm (Suction Canula)	22-26818
892	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 8 mm (Suction Canula)	7-07819
892	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 8 mm (Suction Canula)	22-26818
893	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 9 mm (Suction Canula)	7-07819
893	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 9 mm (Suction Canula)	22-26818
894	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 10 mm (Suction Canula)	7-07819
894	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 10 mm (Suction Canula)	15-17318
896	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 8 mm (Suction Canula)	23-3420
896	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 8 mm (Suction Canula)	7-07819
896	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 8 mm (Suction Canula)	15-17318
897	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 9 mm (Suction Canula)	23-30420
897	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 9 mm (Suction Canula)	15-17318
898	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 10 mm (Suction Canula)	15-17318
933	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 11 mm (Suction Canula)	23-30420
933	Ila	Cannula Asp. Rig. Curva Diam. 11 mm (Suction Canula)	15-17318
943	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 11 mm (Suction Canula)	23-30420



**C.G.M. S.p.A. – Divisione Medica META**

Via E. Villa n.7 - 42124 Reggio Emilia (RE) – Italy ☎ phone +39 0522 502305 website: [www.metahosp.com](http://www.metahosp.com)  
[info@metahosp.com](mailto:info@metahosp.com)

Sede Legale: Via Modena 22/24 – 42015 Correggio (RE) – Italy - P.IVA 00678290354

943	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 11 mm (Suction Canula)	7-07819
943	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 11 mm (Suction Canula)	22-26818
944	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 12 mm (Suction Canula)	7-07819
944	Ila	Cannula Asp. Rig. Diritta Diam. 12 mm (Suction Canula)	15-17318

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
4720	IIb	METAPIN - membrane fixation tacks	21-26920
4720	IIb	METAPIN - membrane fixation tacks	2-01121
4720	IIb	METAPIN - membrane fixation tacks	1-35218
4720	IIb	METAPIN - membrane fixation tacks	19-20118
4730	IIb	SMARTACT PIN - membrane fixation tacks	26-33018
4730	IIb	SMARTACT PIN - membrane fixation tacks	17-20118

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
714	I sterile	BABY CLAMP – Umbilical Cord Clamp	23-30420
714	I sterile	BABY CLAMP – Umbilical Cord Clamp	26-33318
714	I sterile	BABY CLAMP – Umbilical Cord Clamp	20-24818
714	I sterile	BABY CLAMP – Umbilical Cord Clamp	13-13518

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	2-9520
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	23-29520
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	21-26220
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	11-11820
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	1-33219
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	10-12019
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	7-07719
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	1-33318
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	26-31018
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	25-31018
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	24-29518
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	20-24718
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	19-21118
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	16-18018





**C.G.M. S.p.A. – Divisione Medica META**

Via E. Villa n.7 - 42124 Reggio Emilia (RE) – Italy ☎ phone +39 0522 502305 website: [www.metahosp.com](http://www.metahosp.com)  
[info@metahosp.com](mailto:info@metahosp.com)

Sede Legale: Via Modena 22/24 – 42015 Correggio (RE) – Italy - P.IVA 00678290354

3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	15-18018
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	14-15118
3805	I sterile	NS-110-10L-SX - SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	13-13418
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	23-29420
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	21-26620
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	1-35119
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	10-10919
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	26-33218
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	26-32018
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	24-29118
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	20-25318
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	19-21318
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	15-17718
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	14-15818
3806	I sterile	NS-130-10L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	13-14418
3808	I sterile	NS-110-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	25-32420
3808	I sterile	NS-110-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	21-26620
3808	I sterile	NS-110-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	17-24519
3808	I sterile	NS-110-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	25-29518
3808	I sterile	NS-110-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	20-24718
3809	I sterile	NS-130-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	17-24519
3809	I sterile	NS-130-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	1-35118
3809	I sterile	NS-130-5L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	16-18418
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	10-10819
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	1-34518
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	25-31818
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	16-17018



**C.G.M. S.p.A. – Divisione Medica META**

Via E. Villa n.7 - 42124 Reggio Emilia (RE) – Italy ☎ phone +39 0522 502305 website: [www.metahosp.com](http://www.metahosp.com)  
[info@metahosp.com](mailto:info@metahosp.com)

Sede Legale: Via Modena 22/24 – 42015 Correggio (RE) – Italy - P.IVA 00678290354

3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	15-17018
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	14-12818
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	14-16418
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	13-12818
3811	I sterile	NS-110-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	12-12818
3812	I sterile	NS-130-2L-SX- SACCHE RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI – Closed Circuit Urine Bag	12-12918

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
744	I sterile	Baby Hook – Amniotic Membrane Perforator	14-16318

<b>CODICE /REF</b>	<b>CLASSE/CLASS</b>	<b>DESCRIZIONE /DESCRIPTION</b>	<b>LOTTO/LOT</b>
1199	I sterile	MAGIC MAT – Magnetic Mat for Surgical Instrument	26-31618
1199	I sterile	MAGIC MAT – Magnetic Mat for Surgical Instrument	25-31618
1199	I sterile	MAGIC MAT – Magnetic Mat for Surgical Instrument	14-14318
1199	I sterile	MAGIC MAT – Magnetic Mat for Surgical Instrument	13-14318