



## Conferma di ricevuta

<b>Prodotto</b>	XiO®
<b>Oggetto</b>	Calcolo della dose non corretto, cuneo motorizzato Elekta con arco conformale dinamico
<b>Riferimento</b>	FCA0004

**Firmare e aggiungere la data al presente modulo e restituirlo in uno dei tre modi specificati di seguito**

- Ho letto e compreso il presente avviso e confermo di aver installato la versione 5.00.01.
- Ho letto e compreso il presente avviso e ho scelto di NON installare la versione 5.00.01.

Nome del centro \_\_\_\_\_

Numero del centro \_\_\_\_\_

Nome del ricevente \_\_\_\_\_

Qualifica del ricevente \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Inviare tramite fax al numero:**

**Eeguire una scansione e inviare tramite e-mail a:**

**Spedire tramite posta a (richiede spese postali):**



IMPAC Medical Systems Inc. 13723 Riverport Drive, Suite 100, Maryland Heights, MO 63043 USA

Tel.: 314 993 0003

Numero verde: 800 878 4267

Fax: 314 993 0075

LINXIO0019-IT/2.0