



**Urgent Field Safety Notice**  
**Informazione sul Prodotto**  
**(Product Recall)**  
Richiesta azione immediata

**Data** Maggio 2015

**Prodotto**

Nome del prodotto	Numero di listino	Numero di lotto	Data di scadenza	UDI
Alkaline Wash (soluzione di lavaggio alcalina)	9D31-20	49059UN14	04-MAR-2016	N/D

**Spiegazione**

Con la presente desideriamo informarLa che Abbott Diagnostics sta richiamando la soluzione di lavaggio alcalina (Alkaline Wash) con numero di lotto 49059UN14 a causa della possibile fuoriuscita del prodotto e/o della possibilità di aver ricevuto dei flaconi con tappi non chiusi correttamente e che potrebbero aver causato la fuoriuscita durante il trasporto. La soluzione alcalina è corrosiva e l'operatore potrebbe venirci a contatto se è presente una fuoriuscita del prodotto.

**Impatto sui pazienti**

I risultati dei pazienti non vengono influenzati.

**Azioni da intraprendere**

1. Stabilire se il proprio laboratorio utilizza o possiede scorte dell'Alkaline Wash (n. di listino 9D31-20), numero di lotto 49059UN14.
2. Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale appropriati (PPE, Personal Protective Equipment) e **ispezionare visivamente** le proprie scorte. Per garantire la propria sicurezza, rivedere la scheda di sicurezza del materiale, disponibile sul sito [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com) oppure rivolgersi al responsabile locale. Per informazioni dettagliate sulle precauzioni di sicurezza fare riferimento al Manuale d'Impiego del Sistema ARCHITECT.

Se...	occorre...
si osservano segni di fuoriuscita o tappi non chiusi correttamente	sospendere l'utilizzo delle scorte esistenti e smaltirle secondo le procedure interne del laboratorio.
NON si osservano segni di fuoriuscita o tappi non chiusi correttamente	è possibile continuare a utilizzare il prodotto attenendosi alle precauzioni indicate nel Manuale d'Impiego del Sistema ARCHITECT e nelle schede di sicurezza.

3. Compilare e trasmettere il modulo Risposta Cliente allegato.

Qualora il prodotto indicato sia stato inviato ad altri laboratori, La preghiamo di informarli della presente comunicazione e di inviarne loro una copia. Conservare la presente comunicazione per riferimenti futuri.

---

**Contatti**

Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti arrecati. Abbott è impegnata a fornire prodotti diagnostici di alta qualità e servizi atti a soddisfare le esigenze del Suo laboratorio, dei medici e dei pazienti da Lei assistiti.

Per eventuali domande relative alla presente comunicazione, contattare il Servizio Clienti Abbott.

---