

MEYRA GmbH
 Meyra-Ring 2
 32689 Kalletal
 Deutschland

Tel.: +49 57 33 922- 0
 Fax: +49 57 33 922-143
 info@meyra.de
 www.meyra.de

MEYRA GmbH Meyra-Ring 2
 32689 Kalletal
 Deutscher Zeichen
 MN

Durchwahl
 120

Ihr Gesprächspartner
 Marcus Nolting

Datum
 24.06.2021

Informazioni urgenti sulla sicurezza
PM 2021/1

Sostituzione preventiva del supporto del sedile per i veicoli elettrici

CL409 (Modella Nr. 1.254) und
CL510 (Modella Nr. 1.264)

Dal periodo di consegna: 8.06.2020 – 30.04.2021

Gentili Signori e Signori,

Nell'ambito della nostra osservazione di mercato, siamo venuti a conoscenza di un possibile punto debole nei nostri veicoli elettrici CL409 e CL 510. Il supporto del sedile di questi veicoli potrebbe rompersi improvvisamente e l'utente potrebbe subire gravi lesioni. In questo contesto, si raccomanda di non utilizzare più i veicoli fino alla sostituzione del seggiolino.

Con questa lettera di accompagnamento riceverai un elenco dei veicoli interessati da te e un modulo di richiesta con il quale puoi ordinare gratuitamente i supporti per sedili necessari da noi dopo aver controllato i tuoi record di dati.

Azioni che dovresti intraprendere:

- Informare i clienti sull'azione correttiva
- Feedback a Meyra che i suoi clienti sono stati informati
- Richiedere i supporti del sedile richiesti dal servizio clienti
- Sostituzione dei seggiolini interessati presso la sede dei propri clienti

Hausanschrift:
 Meyra-Ring 2
 32689 Kalletal-Kalldorf
 Deutschland

MEYRA GmbH
 Sitz: Kalletal-Kalldorf
 AG Lemgo HRB 8117

Bankverbindung:
 Commerzbank Herford
 IBAN: DE22494400430290005800
 BIC: COBADEFFXXX

Geschäftszeiten:
 Mo. – Do. 08.00 – 17.00 Uhr
 Fr. 08.00 – 15.00 Uhr

Steuer-Nr.: 329/5744/2042
 Ust-IdNr.: DE815455949

Geschäftsführer:
 Tadeusz Baczyński,
 Frank B. McDowell,
 Friedrich Kottmeier
 Stefan Schäfer

Unser Unternehmen ist zertifiziert
 nach DIN EN ISO 13485: 2016
 WEEE-Reg.-Nr. DE 73325670

Trasmissione delle informazioni descritte:

Si prega di assicurarsi che tutti gli utenti dei prodotti interessati e le altre persone da informare siano a conoscenza di queste urgenti informazioni sulla sicurezza. Se hai dato i prodotti a terzi, ti preghiamo di inoltrare una copia di queste informazioni e di informare la persona di contatto indicata di seguito.

Vorremmo ringraziarvi in anticipo per i vostri sforzi.

Se hai ulteriori domande, il signor Marcus Nolting sarà lieto di rispondere al numero di telefono +49 (0) 57333 / 922-120 o via e-mail a Marcus.Nolting@Meyra.de.

Tutte queste informazioni e gli allegati sono disponibili anche in formato elettronico sul nostro sito Web all'indirizzo www.meyra.com/sicherheitshinweise-rueckätze/.

Distinti saluti
MEYRA GmbH



Amministratori delegat



MDR-Beauftragter

Appendice 1: Elenco dei prodotti interessati

Appendice 2: Modulo di richiesta

Appendice 3: Modulo di conferma

Appendice 4: Istruzioni di installazione

Numero di
serie
dell'articolo
con data
fattura RE
AB

