

**Emergenza - Avviso di sicurezza su Nitril Sensory bianco e Nitril Sensory blu, LOTTO 3220003750820
- Buchi nei guanti**

Caro cliente,

Meditrade GmbH pubblica un avviso di sicurezza sul campo per i seguenti prodotti:
Guanti da esame Nitril® Sensory® white, REF 2280, LOT 3220003750820
Guanti da esame Nitril® Sensory® blue, REF 2283, LOT 3220003750820

I guanti di questo lotto presentano un numero di fori significativamente superiore a quello ammissibile secondo un AQL di 1,5. Di conseguenza, la protezione contro la contaminazione o le sostanze chimiche non è adeguatamente garantita.

Le seguenti azioni dovrebbero essere intraprese immediatamente:

- Interrompete l'uso del LOTTO 3220003750820 dei guanti Nitrile Sensory.
- Contattate Meditrade o il vostro distributore se avete ancora questo prodotto.


Ulteriori informazioni:

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o assistenza in relazione a questo problema, si prega di contattare: reklamation@meditrade.de
o per telefono: 08033 9760 0

Questo avviso di sicurezza sul campo è stato anche segnalato alle autorità competenti.

Meditrade si rammarica di qualsiasi inconveniente causato.

Cordiali saluti



Martin Unterberg
Persona responsabile della conformità normativa